

大仁科技大學環境考量面鑑別評估表

部門：環安衛中心

填表日期：99年 06月 20日

流程或區域名稱：廢液貯存場有害廢棄物貯存、清運

流水號	流程或區域(照片)	部門	考量面項次	活動/產品/服務	環境考量面/環境衝擊	狀況	時間	影響分類	現況管制/監控方式	環境風險評估 【(O+D)*C=R】					改善優先次序
						N/A/E	P/C/F			F		C	R	L/M/H	
										O	D				
1	有害廢棄物產生/收集(廢棄)	環安衛中心	O120-001	廢液回收運送	實驗室回收廢液，運送途中廢液翻倒洩漏/廢液污染水體。	A	F	水	緊急應變計畫	2	4	8	48	H	✓
2	有害廢棄物產生/收集(廢棄)	環安衛中心	O120-002	廢液回收運送	實驗室回收廢液，運送途中廢液翻倒洩漏/清除產出廢棄物。	A	F	廢	緊急應變計畫	2	3	8	40	M	
3	有害廢棄物產生/收集(廢棄)	環安衛中心	O120-003	廢液回收運送	實驗室回收廢液，運送途中廢液翻倒洩漏/揮發造成空氣污染。	A	F	空	緊急應變計畫	2	3	8	40	M	
4	有害廢棄物產生/收集(廢棄)	環安衛中心	O120-004	廢液儲存	廢液桶碰撞、劣化破裂/廢液污染水體。	A	F	水	緊急應變計畫	2	4	8	48	H	✓
5	有害廢棄物產生/收集(廢棄)	環安衛中心	O120-005	廢液儲存	廢液桶碰撞、劣化破裂/揮發氣體造成空氣污染。	A	F	空	緊急應變計畫	2	3	8	40	M	
6	有害廢棄物產生/收集(廢棄)	環安衛中心	O120-006	廢液儲存	廢液桶碰撞、劣化破裂/清理產生廢棄物。	A	F	廢	緊急應變計畫	2	3	8	40	M	
7	有害廢棄物產生/收集(廢棄)	環安衛中心	O120-007	廢液儲存	廢液回收標示不清產出不明廢液/產出不明廢棄物。	A	F	廢	環安衛中心控管標示，教育訓練。	3	4	8	56	H	✓
8	廢棄藥品產生/儲存	環安衛中心	O120-008	廢棄藥品儲存	藥瓶破裂起反應，引起火災、爆炸/造成環境汙染。	E	F	水	緊急應變計畫	1	2	8	24	M	

9	廢棄藥品產生/ 儲存	環安衛 中心	O120-009	廢棄藥品儲存	藥瓶破裂起反應，引起火 災、爆炸/造成環境汙染。	E	F	廢	緊急應變計 畫	1	2	8	24	M	
10	廢棄藥品產生/ 儲存	環安衛 中心	O120-010	廢棄藥品儲存	藥瓶破裂起反應，引起火 災、爆炸/造成環境汙染。	E	F	空	緊急應變計 畫	1	2	8	24	M	
11	廢棄物再利用	環安衛 中心	O120-011	廢棄藥品儲存	實驗室回收堪用廢棄藥品/ 減少資源浪費，減少處理成 本。	N	C	廢	加強宣導	2	2	4	16	L	
12	廢棄物再利用	環安衛 中心	O120-012	廢棄器皿儲存	實驗室回收堪用器皿/減少 資源浪費及處理成本。	N	C	廢	加強宣導	2	2	4	16	L	

備註：「時間」欄——P：代表過去 C：代表現在 F：代表未來；「狀況」欄——N：代表正常作業 A：代表異常作業 E：代表緊急與意外事件

填表人：黃肇基

審核：

核准：

表單編號：E-02-02-01

保存期限：三年